

Số: /TTYT-DVT
V/v mời báo giá hàng hóa

Tân Yên, ngày tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm y tế huyện Tân Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Kit định tính H.pylori bằng thuốc thử Urease của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Tân Yên

Địa chỉ: TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds Nguyễn Văn Phương- Trưởng khoa Dược-VTTBYT.

Số điện thoại: 0979.020.343. Email: cvkhoaduoc@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VTTBYT, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Đồng thời, đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo giá qua địa email: cvkhoaduoc@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 05 năm 2025 đến trước 08h ngày 31 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị y tế, hàng hóa: Tại kho khoa Dược-VTTBYT, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Kể từ ngày nhận được dự trù (yêu cầu) của Trung tâm

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không.

Thanh toán: Trong vòng 90 ngày, sau khi hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên; Hoá đơn giá trị gia

tăng (VAT), bên bán cung cấp đầy đủ các chứng từ thanh toán theo quy định của Nhà nước.

5. Các thông tin khác (nếu có): Tài liệu mô tả thông số kỹ thuật, catalog... của các sản phẩm tham gia chào giá kèm theo.

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên trân trọng thông báo và kính mời Quý công ty quan tâm gửi bảo giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử TTYT Tân Yên;
- Lưu: VT, DVT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hoàn

BẢNG MÔ TẢ ĐÍNH KÈM

A. Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật:

STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Kit định tính H.pylori bằng thuốc thử Urease	+ Lượng mẫu đầu vào: Mẫu sinh thiết dạ dày + Độ nhạy : 5 CFU/phản ứng + Độ vô khuẩn: Không có sự hiện diện của Vi sinh vật khác + Bảo quản: 2-8oC, 06 tháng từ ngày sản xuất Thời gian: 1 giờ	Test	500

Giá báo giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy định của Nhà nước. Hàng hóa được bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác.

