

Số: 1547 /BVĐK-DVT
V/v mời báo giá hàng hoá

Tân Yên, ngày 08 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa

Bệnh viện đa khoa Tân Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa cho dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế dùng trong tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa Tân Yên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tân Yên

Địa chỉ: Thôn Đình Giã, xã Tân Yên, Thành phố Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Dương Thuý Quỳnh - Trưởng khoa Dược-VTTBYT.

Số điện thoại: 0974520092. Email: cvkhoaduocly@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Quý công ty gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời gửi về Bệnh viện:

+ Bản giấy gửi theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Tân Yên, Thôn Đình Giã, xã Tân Yên, Thành phố Bắc Ninh.

+ Bản scan báo giá qua địa chỉ email: cvkhoaduocly@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 10 năm 2026 đến 17h ngày 19 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ: Theo phụ lục đính kèm.

- Báo giá ghi rõ: tên thương mại, mã/ký hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, quy cách đóng gói, phân loại trang thiết bị y tế, số lưu hành/giấy phép nhập khẩu, đơn giá và thành tiền.

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá/dịch vụ; các yêu cầu về cung cấp hàng hoá/dịch vụ:

- Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Yên.

- Thời gian giao hàng: Giao theo từng đợt, trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bệnh viện gửi đơn đặt hàng; chi phí vận chuyển, bốc xếp do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa không đạt yêu cầu về chất lượng, quy cách, bị hư hỏng hoặc không

đáp ứng hạn sử dụng phải được nhà cung cấp đổi trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận thông báo của Bệnh viện, không phát sinh chi phí.

- Hãng sản xuất/ nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp hàng hoá cho bệnh viện đảm bảo đúng yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật trong yêu cầu báo giá. *(Theo phụ lục đính kèm)*

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Việc thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Chất lượng hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng (hoặc tối thiểu 2/3 hạn sử dụng đối với hàng có hạn dùng dưới 18 tháng) tính tại thời điểm giao hàng;

- Hàng hóa phải có số lưu hành TTBYT/giấy phép nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành quy định;

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác. Đơn giá chào là đơn giá cố định, không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng KHTH (Đăng tải website của BV)
- Muasamcong.mpi.gov.vn;
- Lưu: VT, DVT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hoàn

Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá đề nghị báo giá

TT	Tên danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1.	Rọ bắt sỏi dùng cho tán sỏi niệu quản ngược dòng	- Loại 04 cạnh, đầu xoắn/nhọn. - Chất liệu: Nitinol. - Kích cỡ: 3.0Fr; chiều dài: 90cm. - Đóng gói: 01 cái/gói. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA hoặc tương đương. - Xuất xứ: các nước thuộc G7	Cái	10	
2.	Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (Dây dẫn đường Zebra)	- Đầu thẳng; lõi Nitinol chống gập khúc. - Đoạn đầu dài 65mm phủ lớp ái nước (hydrophilic); vỏ vằn hai màu đen – vàng. - Kích cỡ: 0.032" hoặc 0.035"; chiều dài: 150cm. - Đóng gói: 01 cái/gói. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA hoặc tương đương. - Xuất xứ: các nước thuộc G7	Cái	10	
3.	Sonde JJ loại đặt lâu 12 tháng	Sonde JJ 12 tháng các cỡ; Chất liệu: Polyurethane (PUR), mềm linh hoạt, dễ đặt, đầu mở, hai đầu hình chữ J, có vạch chia, cân quang. Dẫn lưu tốt, không gây kích ứng bệnh nhân. Kèm dụng cụ dẫn đường. Tiêu chuẩn: CE	Cái	20	
4.	Dây truyền quang (Dùng cho máy tán sỏi laser)	- Dùng cho máy tán sỏi laser model ACU-H2J hãng Accutech - Đường kính sợi quang: 550µm. - Chiều dài: 3m. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA hoặc tương đương. - Xuất xứ: các nước thuộc G7	Cái	01	
5.	Dây truyền quang (Dùng cho máy tán sỏi laser)	- Dùng cho máy tán sỏi laser model ACU-H2J hãng Accutech - Đường kính sợi quang: 200µm. - Chiều dài: 3m. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA hoặc tương đương. - Xuất xứ: các nước thuộc G7	Cái	01	

Tổng: 05 khoản

