SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN YÊN

Số: 1703 /BVĐK-DVT
V/v mời báo giá hàng hoá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa

Bệnh viện đa khoa Tân Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa cho dự toán mua sắm: Mua bổ sung vật tư y tế tiêu hao, hoá chất, sinh phẩm tại bệnh viện Đa khoa Tân Yên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tân Yên

Địa chỉ: Thôn Đình Giã, xã Tân Yên, Thành phố Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Dương Thuý Quỳnh - Trưởng khoa Dược-VTTBYT.

Số điện thoại: 0974520092. Email: cvkhoaduocty@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Quý công ty gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời gửi về Bệnh viện:

+ Bản giấy gửi theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Tân Yên, Thôn Đình Giã, xã Tân Yên, Thành phố Bắc Ninh.

+ Bản scan báo giá qua địa chỉ email: cvkhoaduocty@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:Theo phụ lục đính kèm.

- Báo giá ghi rõ: tên thương mại, mã/ký hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, quy cách đóng gói, phân loại trang thiết bị y tế, số lưu hành/giấy phép nhập khẩu, đơn giá và thành tiền.

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá/dịch vụ; các yêu cầu về cung cấp hàng hoá/dịch vụ:

- Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Yên.

- Thời gian giao hàng: Giao theo từng đợt, trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bệnh viện gửi đơn đặt hàng; chi phí vận chuyển, bốc xếp do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa không đạt yêu cầu về chất lượng, quy cách, bị hư hỏng hoặc không

đáp ứng hạn sử dụng phải được nhà cung cấp đổi trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận thông báo của Bệnh viện, không phát sinh chi phí.

- Hãng sản xuất/ nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp hàng hoá cho bệnh viện đảm bảo đúng yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật trong yêu cầu báo giá. *(Theo phụ lục đính kèm)*

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.
- Việc thanh toán bằng chuyển khoản.
- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Chất lượng hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng;
- Hạn sử dụng còn lại tối thiểu 12 tháng (hoặc tối thiểu 2/3 hạn sử dụng đối với hàng có hạn dùng dưới 18 tháng) tính tại thời điểm giao hàng;
- Hàng hóa phải có số lưu hành TTBYT/giấy phép nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành quy định;

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác. Đơn giá chào là đơn giá cố định, không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng KHTH (Đăng tải website của BV)
- Muasamcong.mpi.gov.vn;
- Lưu: VT, DVT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN YÊN

Nguyễn Văn Hoàn

Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá đề nghị báo giá

TT	Tên danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1.	Dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo	Peracetic acid: ~ 4,2% w/w Hydrogen peroxide: ~ 30% w/w Acetic acid: ~ 4,9% w/w	Lít	44	
2.	Dung dịch rửa máy thận nhân tạo	Chứa hoạt chất tối ưu để khử cặn với tác dụng làm sạch, 1000 ml chứa 500 g acid citric khan (anhydrous).	Lít	210	
3.	Phin lọc khí dùng cho thận nhân tạo	- Đầu nối bảo hộ (Phin lọc khí) Transducer Protector - Màng kị nước (PTFE hoặc Acrylic) lỗ kích thước 0,2 micromet - Bộ lọc không khí kháng khuẩn, kị nước với 2 khóa Female luer/Male luer có kích thước phù hợp ISO 80369-7, là rào cản vô trùng bảo vệ máy lọc thận chỉ cho không khí đi qua, ngăn chặn máu đang thẩm tách. - Phương pháp tiệt trùng: EO - Đóng gói vô trùng từng cái rất an toàn trước khi sử dụng. - Chất lượng sản phẩm phù hợp với ISO 8637-2 - Hệ thống QMS của sản phẩm đạt EN ISO 13485:2016	Chiếc	100	
4.	Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước	Chỉ thị hoá học Type 4 được thiết kế để theo dõi hiệu quả tiệt khuẩn hơi nước ở nhiệt độ 121 – 134°C, giúp đánh giá hiệu quả tiệt khuẩn. - Nhiệt độ lưu trữ: 15°C - 30°C - Độ ẩm tương đối: 30% - 80% - Kích thước: 1,5 cm x 20 cm - Thành phần: Giấy y tế 80%, mực chỉ thị 10%, màng trong suốt thoáng khí 10% - Chỉ thị chuyển màu rõ ràng từ xanh sang đen khi chu trình tiệt khuẩn đạt yêu cầu (121°C - 12 phút, 134°C - 4 phút) - Nhà máy sản xuất đạt chứng nhận: ISO 13485, ISO 9001 - Sản phẩm tuân thủ theo tiêu chuẩn: ISO 11140-1:2014	Thanh/Que/miếng	10.000	

5.	Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước	Chỉ thị hóa học hơi nước nhóm 5 sử dụng để kiểm soát đánh giá hiệu quả tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dụng cụ. - Kích thước: 5,1 cm x 1,9 cm - Kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ của tất cả các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi nước từ 121 – 135°C - Thành phần: Giấy 55-65%, Acrylate Adhesive 35-45%, Nhôm <0,1%, Polypropylene <0,1%, Coatings <0,01%, Mực <0,1% - Sản phẩm không chứa chì - Là chỉ thị tích hợp loại 5 được phân loại theo ISO 11140-1:2014. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO 13485:2016	Thanh/Que/miếng	3.000	
6.	Băng chỉ thị nhiệt nồi hấp	Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn; Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m; Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ºC và 132-134ºC	Cuộn	50	
7.	Ống nghiệm nước tiểu nhựa	Ống nghiệm PP dung tích 10 ml, kích thước 16 x 100 mm	Ống	20.000	
8.	Giấy điện tim 6 cần	Kích thước 110 mm x 140 mm. Có dòng kẻ.	Tập	50	
9.	Kim chích máu	Chất liệu: Thép không gỉ, tay cầm nhựa PE/PVC. Đầu kim vát sắc nhọn, tiệt trùng.	Cái	2.000	
10.	Vòng đeo tay mẹ và bé	Vòng đeo tay bệnh nhân. Chất liệu PVC mềm, không gây kích ứng da, các cỡ người lớn (cho mẹ) và sơ sinh (cho bé).	Cái	1.000	

Tổng: 10 khoản