

Số:1498 /BVĐK-DVT
V/v mời báo giá dịch vụ sửa chữa

Tân Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị y tế

Bệnh viện Đa khoa Tân Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở xây dựng kế hoạch sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp vi tính hai dãy đầu thu hoàn chỉnh, Model: Brivo CT 325 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tân Yên
Địa chỉ: Thôn Đình Giã, xã Tân Yên, Thành phố Bắc Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds Dương Thúy Quỳnh - Trưởng khoa Dược-VTTBYT.
Số điện thoại: 0974520092. Email: cvkhoaduocly@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Quý công ty gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Đồng thời gửi về Bệnh viện:
+ Bản giấy gửi theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa, Thôn Đình Giã, xã Tân Yên, Tỉnh Bắc Ninh.
+ Bản scan báo giá qua địa chỉ email: cvkhoaduocly@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 08 tháng 10 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục : (Có danh mục kèm theo).
 - Các thông tin khác:
- Hồ sơ pháp lý và năng lực chung của đơn vị.
- Bệnh viện Đa khoa Tân Yên trân trọng thông báo và kính mời Quý công ty quan tâm gửi báo giá.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng KHTH (Đăng tải website của BV)
- Muasamcong.mpi.gov.vn;
- Lưu: VT, DVT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hoàn

DANH MỤC

(Kèm theo công văn số 1498/BVĐK-DVT ngày 05/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tân Yên)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp vi tính hai dãy đầu thu hoàn chỉnh 2, Model: Brivo CT 325	- Kiểm tra log file, test hệ thống máy, thấy bộ truyền dẫn tín hiệu Brush block giữa Gantry và máy tính Host bị lỗi. - Vệ sinh, tiến hành sửa chữa bộ khối truyền tín hiệu Brush block trên. - Cài chạy lại phần mềm cho máy tính Host. - Tiến hành chạy test, và chụp bệnh nhân sau sửa chữa.	01	Máy	Bệnh viện Đa khoa Tân Yên	Trong thời gian thực hiện hợp đồng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Tối đa 10 ngày).
Tổng: 01 khoản						